

# 黄山市第三人民医院彩超保修服务采购项目 采购需求

## 一、服务要求：

1、彩超机为 2018 年 1 月购置，品牌型号为 GE VolusonE8，数量 1 台。

2、质保期壹年，须保障质保期内整机正常运行。

3、保修内容：

3.1 提供彩超机整机故障应急维修，承担维修产生的人工费、差旅费和包括探头在内的所有零配件，且提供的配件为原厂原装正品；

3.2 提供针对二三级医院超声科室的厂家授权，以确保配件为原厂正品和具有原厂资格认证的工程师技术服务，保证开机率不低于 95%，从接到报修的响应时间不超过 2 小时；

3.3 24 小时\*365 天服务热线；

3.4 一年 4 次的标准预防性维护保养（保养内容包含安全检查、影像质量检查、运行状态检查、按照厂家标准进行调校、更换耗材部件等）。

4、将已故障的配套 GE voluson E8 使用的探头 C1-5 免费更换。

## 二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市第三人民医院
2	提供服务的期限	自合同签订之日起一年。
3	验收	中标人在服务期间须保障整机正常运行。
4	付款	<b>付款人:</b> 黄山市第三人民医院 <b>付款方式:</b> 合同签订后,所更换探头安装正常使用后支付合同款的 90%,余款质保期满后支付。
5	履约保证金	本项目无需交纳履约保证金,招标文件的其他部分涉及履约保证金的条款和要求均以此为准。