

黄山市第三人民医院病理科自动组织脱水机采购项目采购需求

一、技术参数配置要求

- 1、大液晶触摸显示屏，全中文菜单，操作简单明了；
- *2、具有智能键功能（可不看屏盲操作），在显示屏无显示和触摸功能损坏时脱水机的主要功能可正常操作；
- *3、采用智能化程序控制技术，全面保护设备及标本。智能化分段保护标本：出现故障时吊篮根据故障位置在相应试剂缸保护；
- *4、可设置 ≥ 20 套运行程序，进口的核心芯片，功能强大，绝不受外界磁场干扰；
- 5、精铸内铸式多重温控保护，无水加温，无需频繁加水，使用更安全、便捷；
- 6、新一代环保设计理念，采用双重净化功能：电离分解有害气体和活性炭吸附，并配以全密封内循环过滤，确保操作人员不受有害气体的侵害；
- 7、合理的单缸揭盖设置，以及弹力密封技术，避免试剂挥发；
- 8、开放式、可任意设置吊篮停留滤液时间和吊篮振荡次数的起缸滤液设计，避免前一缸试剂带入后一缸造成混液；
- 9、运行中可随时添加小标本；柔性编程，不同的组织可从任意缸开始到任意缸结束，获取不同组织最佳的脱水效果；
- *10、脱水吊背横向传动采用钢制直线导轨配合步进电机，使运行更精准；
- 11、吊篮起降背采用双列二维软传动机构，传动稳定，无噪音，无硬磨损；
- 12、停电保护，在突发停电状态下，保持程序记忆，并完成脱水全过程；
- 13、液缸数量： ≥ 12 个（含有 ≥ 3 个蜡缸）
- 14、单缸容积： $\geq 1500\text{ML}$
- 15、吊篮滤液：时间可任意调整
- 16、可处理标准组织： ≥ 75 个
- 17、单缸处理时间：0~99小时可调

注明：

- 1、参数中标注“*”项必需全部响应，非“*”项负偏离 ≤ 3 项，否则按无效标处理；
- 2、投标人应对招标文件中的技术指标逐条进行响应，在技术规范响应表中必须正面回答产品所有技

术指标的响应情况。标记“*”的重要技术参数，需附证明材料、标明所在页码，并在证明材料中标识清楚（划线或画圈），否则，评标委员会有权视其不响应；

3、如验收时发现有虚假应标，将上报监管部门；

4、投标报价应包含所有设备、安装调试、验收、培训、运行维护、质量保证、税金、招标代理费等完整报价，请各投标人根据企业实力自行测算，合理报价。投标供应商报价应充分考虑本项目的实际情况和风险，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致费用增加，投标供应商自行承担，采购人不再另行支付费用。

二、商务要求

序号	内容	要求
1	合同签订地点	黄山市第三人民医院
2	供货完成时限	合同签订之日起 15 日内完成供货安装调试，并通过验收。
3	货物包装运输要求	除合同另有规定外，成交人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，涉及木质制品及木制包装材料的（含铺垫、支撑、加固设施设备），禁止使用和调入松木及其制品。该包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由成交人承担。
4	货物质保期	从项目验收通过之日起一年。
5	货物售后服务	1、在货物到达使用单位后，卖方应在 7 天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用； 2、现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。
6	验收	由采购单位组织验收小组进行验收
7	付款	付款人： 黄山市第三人民医院 付款方式： 货物到采购人指定地点安装调试完毕并验收合格后，一次性付清货款。
8	履约保证金	成交供应商在签订合同时应按照采购文件规定向采购人提交合同金额的 2.5%。 开户名称： 黄山市第三人民医院 开户行： 徽商银行黄山徽州支行 账号： 225005679411000002 行号： 319371000041 成交供应商按投标承诺履约完成一年后予以退还。