

微波治疗仪技术参数要求

基本性能：

▲一、产品用途：用于辐射理疗和炎症的凝固治疗。

二、技术参数：

▲1.具有多频段输出模式：

▲1.1 频率 1： 2450MHz

▲1.2 频率 2： 脉冲 0.5Hz

▲1.3 频率 3： 脉冲 1.0Hz

▲2.具有辐射理疗、脉冲理疗和凝固治疗三种功能，输出功率：理疗 5-60W，脉冲 5-60W（两档可调），治疗 5-99W 连续可调，1W 步进。时间设置为：理疗、脉冲 0～30 分，连续可调。治疗为 0-99 秒，连续可调。

★3.具有输出定时功能，可预设时间，数字显示，结束时可声音提示。

4.具有自动稳压系统。

5.具有过载保护功能，超出预定值可切断输出并声响提示。

6.具有功率输出补偿功能。

7.辐射器采用优质材质，热凝器高效不粘连组织。

8.具有活动支臂，可调节角度距离。

9. 一体式设计，方便移动。

10.功率调节方式：LED 数字显示

11. 功率调节方式：防水按键方式调节

▲12.产品使用有效期：10 年。

▲13.设备质保期：4 年

▲14.通过国家电磁兼容检测，且无屏蔽环境使用限制。（提供检测报告）

所有参数均需满足，其中★为实质性条款，▲为重要参数须提供证明材料（证明材料为：注册证、彩页、说明书、第三方检测报告并做好标识）。